

## Circular Informativa

---

N.º 170/CD/550.20.001

Data: 21/12/2017

Assunto: **Máquinas de lavar e desinfetar dispositivos médicos Miele – atualização de cibersegurança**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---

O fabricante **Miele & Cie. KG** disponibilizou uma atualização do *software* das máquinas de lavar e desinfetar dispositivos médicos **Miele** PG 8527, PG 8528, PG 8535, PG 8536, que visa aumentar a segurança informática e diminuir sua vulnerabilidade a ataques informáticos.

Em teoria, se houvesse intenção criminosa poderia tentar fazer-se um uso abusivo destes dados, no sentido de conseguir aceder aos comandos do programa e manipulá-los. Esta potencial vulnerabilidade foi descoberta no decurso de um teste de penetração levado a cabo por um especialista em segurança informática e apenas se aplica a máquinas que se encontrem ligadas a uma rede interna.

Salienta-se que não foi recebida nenhuma notificação relativa a um ataque intencional a estes dispositivos médicos alvo de ataque intencional.

O Infarmed recomenda a todos os utilizadores das referidas máquinas de lavar e desinfetar dispositivos médicos que ainda não tenham feito a atualização que contactem o distribuidor para ter conhecimento das medidas específicas de segurança e da forma de fazer a atualização do *software*.

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com este dispositivo devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 21 111 7559; e-mail: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo